

SSIGA

Società svizzera dell'industria  
del gas e delle acque  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Ente di certificazione gas

Società svizzera dell'industria  
del gas e delle acque  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



### Certificato N° 07-019-5 SSIGA

**Titolare del certificato:** R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

**Fabbricante:** R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

**Rappresentante/Distributore:** R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZG101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione gas della SSIGA” e sul rapporto N° **07-019-5** la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rubrica:</b>                | Valvolame e Componenti per l'installazione, Prese di gas                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| <b>Denominazione:</b>          | Presa per gas con dispositivo d'arresto termico (DAE) Serie 89000<br>Spina d'allacciamento per gas Serie 89000                                                                                                                                                         |                                            |
| <b>Tipi:</b>                   | 89050, 89051, 89054<br>89065                                                                                                                                                                                                                                           | (Presa per gas)<br>(Spina d'allacciamento) |
| <b>Diametro nominale:</b>      | DN 15 (½")                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <b>Collegamento:</b>           | - Presa secondo DIN 3383-1 o DIN 3383-4<br>- Filetto secondo EN 10226-1 (R)<br>- Portagomma ad oliva secondo DIN 12898 (tipo 89065)                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Base di certificazione:</b> | EN 15069 (2008), DIN 3383-1 (2013), DIN 3383-4 (2013)                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>Validità:</b>               | <b>31.03.2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <b>Certificazione per:</b>     | - una pressione massima d'esercizio di 100 mbar per impianti di gas nell'edificio<br>- resistenza termica maggiorata (HTB) fino 100 mbar (eccetto tipo 89065)<br>- gas naturale e gas liquidi allo stato gassoso<br>- una temperatura ambientale di -20°C fino a +70°C |                                            |

Il titolare del certificato è autorizzato a offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio di conformità della SSIGA (elenco online di certificazione gas ZIS Gas).

**SOCIETÀ SVIZZERA DELL' INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE**

Ente di certificazione gas

  
Javier Fernandez  
Leiter

Zurigo, 04.03.2022

## 5.2 Gas-Steckdosen

## 5.2 Prises de Gaz

Vertreter / Vertreiber  
R. Nussbaum AG  
CH-4601 Olten

Hersteller  
R. Nussbaum AG  
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.  
**07-019-5**

Code

Gültig bis: **2027**  
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis:

EN 15069, DIN 3383-1, DIN 3383-4

## Typenreihe

Gassteckdose und Gas-  
Anschluss-Stecker

HTB (höhere thermische Beständigkeit):  
Ja

Nennweite  
DN / da / d (PE)

Betriebsdruck  
Pz

Konstruktionshinweise

| Typen | CE-Ident-Nr. | Anschlussart               | [mm]         | [bar] | [ - ]                                  |
|-------|--------------|----------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|
| 89050 | -            | EN 10226-1 / DIN 3383-1    | DN 15 (1/2") | 0.1   | mit Absperreinrichtung                 |
| 89051 | -            | EN 10226-1 / DIN 3383-1    | DN 15 (1/2") | 0.1   | mit Kupplungshülse                     |
| 89054 | -            | EN 10226-1 / DIN 3383-1    | DN 15 (1/2") | 0.1   | wie 89051, für Unterputzmontage        |
| 89065 | -            | DIN 3383-4 / Schlaucholive | DN 15 (1/2") | 0.1   | Gasanschluss-Stecker für Laborschlauch |

Alle Gassteckdosen mit integrierter, thermischer Absperreinrichtung (TAE)

Sicherheits-Gasschlauch: SVGW-Nr. 02-043-6-1 (nicht für 89065)