

Dokument-Nr.: 261.0.165
Revision: 01

Hersteller: R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
CH-4601 Olten

Gegenstand der Erklärung

Typenbezeichnung	RN-PG-W
Beschreibung	Digitalmanometer mit Funkfunktion
Referenzprodukt	WIKA CPG1200
Datenblatt Referenz	CT 10.20
Produktnummer	83242

Das oben genannte Produkt wird von der R. Nussbaum AG unter eigener Verantwortung in Verkehr gebracht und entspricht den nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union. Die Erklärung wird von der R. Nussbaum AG als Hersteller im Sinne der anwendbaren Rechtsvorschriften ausgestellt.

Angewandte Rechtsvorschriften

2011/65/EU

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)

2014/68/EU

Druckgeräterichtlinie (PED), soweit anwendbar für
Produkte mit PS > 1'000 bar

2014/53/EU

Funkanlagenrichtlinie (RED)

Angewandte Normen

RoHS

- EN IEC 63000:2018

RED, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a

- EN 61010 1:2010 + A1:2019
- EN 62479:2010

RED, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b

- EN 61326 1:2013
- EN IEC 61326 1:2021
- EN 301 489 1 V2.2.3
- EN 301 489 17 V3.3.1

RED, Artikel 3 Absatz 2

- EN 300 328 V2.2.2

Grundlage der Konformitätsbewertung

Die Konformitätsbewertung basiert auf der EU-Konformitätserklärung WIKA Nr. 14597034 Revision 02 für das Produkt CPG1200 sowie auf der WIKA-Identitätsaussage Nr. 14835932 Revision 01 für die technisch identische Ausführung RN-PG-W.

Das Produkt RN-PG-W ist technisch identisch zum WIKA CPG1200 gemäss Datenblatt CT 10.20. Änderungen am Produkt sind nicht zulässig.

Nicht Bestandteil der Nussbaum DoC


Folgende Inhalte der WIKA-Erklärung sind für die Nussbaum Ausführung nicht anwendbar und werden nicht übernommen:

- Richtlinie 2014/34/EU (ATEX), ATEX Zertifizierungen
- Eigenständige Richtlinie 2014/30/EU (EMV)

Unterzeichnet für und im Namen der R. Nussbaum AG:



Urs Bobst, Leiter Innovation & Produktmanagement
Olten, 19. August 2026



Patrik Zeiter, Leiter Grundlagenforschung & IP Rechte
Olten, 19. August 2026